

CEI EN 60601-2-49 (CEI 62-125)
Prima Edizione:2002-11 (fasc. 6721)

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Norme particolari di sicurezza di apparecchi di monitoraggio
multifunzione dei pazienti

ERRATA CORRIGE 1

Sostituire le parti segnalate nella tabella riportata di seguito:

Pag.	Riga	Errato	Esatto
11	7	La CORRENTE DI DISPERSIONE complessiva complessiva . . .	La somma della CORRENTE DI DISPERSIONE PARZIALE. . .
11	1^ riga dopo la tabella	La CORRENTE DI DISPERSIONE NEL PAZIENTE. . .	LA CORRENTE DI DISPERSIONE COMPLESSIVA NEL PAZIENTE. . .
29	32^	Perciò la CORRENTE DI DISPERSIONE PARZIALE non deve essere limitata. . .	Perciò la CORRENTE DI DISPERSIONE PARZIALE deve essere limitata. . .
50	7^ dal basso	PARTE DI SEGNALE DI INGRESSO	ENTRATA DI SEGNALE
50	5^ dal basso	PARTE DI SEGNALE DI D'USCITA	USCITA DI SEGNALE
51	2^ riga	RISCHIO PER LA SICUREZZA	PERICOLO
51	10^ dal basso	TENSIONE DI RETE	RETE DI ALIMENTAZIONE