

CEI EN 60601-2-21 (CEI 62-60)
Prima Edizione:1998-04 (fasc. 4173R)

Apparecchi elettromedicali
Parte II: Norme particolari per la sicurezza dei riscaldatori radianti per neonati

ERRATA CORRIGE 1

Pag. 14 – par. 54.101 quarta riga si legga:

“... tra 36°C o meno e non più di 38°C.”

Maggio 2004